

# PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

**č. PS-M-01-1**

vydané v návaznosti na § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  
a doplnění některých zákonů a NV 219/2016 Tlaková zařízení

Prohlášení vydává:

**AFRISO spol. s r.o.**

Komerční 520,251 01 Nupaky, IČO: 63 99 40 62

jako dovozce výrobků:

Název, typ: Manometry pro topení a sanitu typ RF, Hz

Výrobce: AFRISO-Euro-Index GmbH, Lindenstrasse 20, D-74363 Güglingen

**Technická data:**

Jmenovitá velikost: 50, 63, 80, 100, mm

Rozsahy tlaků:

od (0 až 0,6 bar) do (0 až 1600 bar)

Třídy přesnosti: 2,5 / 1,6 /

Materiál pouzdra: nárazuvzdorný plast

Měřicí strojek: mosaz legovaná mědí

Použitelné teploty: teplota okolí : - 20/ + 60°C

Teplota měřeného média: max. 60°C

Rozsahy použitelnosti: Klidové zatížení: 3/4 z konečné hodnoty stupnice

Střídavé zatížení: 2/3 z konečné hodnoty stupnice

Krátkodobě: konečná hodnota stupnice

**Prohlašuji a potvrzuji, že**

A. Výrobky odpovídají svými vlastnostmi následujícím českým technickým normám:

- ČSN EN 837-1 "Měřidla tlaku - Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí - Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení",
- ČSN EN 60529 "Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)".

B. Výrobky jsou za podmínek obvyklého a v technické specifikaci výrobku určeného použití **bezpečné**.

C. Posouzení shody bylo provedeno podle NV 2019/2016 tlaková zařízení a to na základě prohlášení od výrobce o shodě se směrnicí 2014/68/EU. Prohlášení bylo vydáno dne 2.2.2017.

D. Výrobce i dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje **shodu** všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády (výrobce je držitelem certifikátu systému jakosti podle normy ISO 9001, systém jakosti dovozce byl prověřen v rámci certifi-

kace). V Praze dne **15.5.2018**



**Ing. Jana Tichánková - Jednatel**