

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. PS-M-05

vydané v návaznosti na postup dle § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 ve vazbě na ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Prohlášení vydává:

AFRISO spol. s r.o.

Komerční 520, 251 01 Nupaky

jako dovozce výrobků:

Název, typ: **Bimetalové teploměry s jímkou , typ BI, Bith, BiSt , ATH F**

Výrobce: AFRISO-Euro-Index GmbH, Lindenstrasse 20, D-74363 Güglingen

Technická data:

Jmenovitá velikost: 50, 63 ,80 ,100 ,160 mm

délky stonku: 45,68,100,150 mm

Rozsahy teplot : od -30 do +50 °C, od -20 do +60 °C ,

0- 60°C, 0-120°C , 0- 160°C, 0 - 200 °C ,0 - 350°C, 0 - 500°C

Maximální tlak na jímku: 6 bar

Třídy přesnosti: třída 1 podle DIN 16203, třída 2 podle DIN 16203

Prohlašuji a potvrzuji, že

- A. Výrobky jsou za podmínek obvyklého a v technické specifikaci výrobku určeného použití **bezpečné**.
- B. Výrobce i dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje **shodu** všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády (výrobce je držitelem certifikátu systému jakosti podle normy ISO 9001, systém jakosti dovozce byl prověřen v rámci certifikace).



V Praze dne 15.1.2019

Ing. Jana Tichánková

Jednatel

