

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

č. PS-M-07

vydané v návaznosti na postup dle § 7 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 ve vazbě na ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Prohlášení vydává:

AFRISO spol. s r.o.

Zakouřilova 102, 149 00 Praha 4, IČO: 63 99 40 62

jako dovozce výrobků:

Název, typ: **Termomanometry TM80 D211**,

Výrobce: AFRISO-Euro-Index GmbH, Lindenstrasse 20, D-74363 Güglingen

Technická data:

Jmenovitá velikost: 80 mm

Rozsahy tlaků: od (0 - 4 bar , 0 – 6 bar)

Rozsah teploty : 20 - 120°C

Třídy přesnosti: 2,5

Prohlašuji a potvrzuji, že

A. Výrobky odpovídají svými vlastnostmi následujícím českým technickým normám:

- ČSN EN 837-1 “Měřidla tlaku - Část 1: Tlakoměry s pružnou trubicí - Rozměry, metrologie, požadavky a zkoušení”,
- ČSN EN 60529 “Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)”.

B. Výrobky jsou za podmínek obvyklého a v technické specifikaci výrobku určeného použití **bezpečné**.

C. Výrobce i dovozce přijal opatření, kterými zabezpečuje **shodu** všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky výše uvedeného nařízení vlády (výrobce je držitelem certifikátu systému jakosti podle normy ISO 9001, systém jakosti dovozce byl prověřen v rámci certifikace).

V Praze dne 08.02.2010



Ing. Jana Tichánková
jednatel